

# MRI検査チェック票

このチェック票を記入して、検査当日にお持ち下さい。

**MRI検査は体内に金属があると、大変危険な場合があります。**  
**必ずよくお読みになって、ご自身が該当していないか確認して下さい。**

I: 下記に該当する方は検査を受けることができません。有無に印をつけて下さい。

① ペースメーカー(体内式・対外式)

体内神経刺激装置

体内埋め込み型のインシュリンポンプ

骨刺激装置

体内自動除細動器

人工内耳・中耳

磁石式人工肛門

義眼 など体内に金属装置が入っていませんか？

有・無

② 頭部・心臓の手術の経験はありますか？

有・無

有の方

手術名(内容)

年

月頃

手術の内容、金属の種類によっては検査が可能です。医師の診察の上で判断いたします。

[脳内シャント・心臓人工弁・下大静脈フィルター・クリップ類(脳、心臓、腹部など)

動脈、静脈、尿管内等の金属類(フィルター、ステント、コイルなど)]

II: 場合によっては検査できない方

① 上記以外で体内に金属がありますか？

・人工骨頭、人工関節等

・骨折内固定金属

・避妊リング

・磁石式の義歯(インプラント)

・その他( )

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

② 妊娠または妊娠の可能性がある方

(胎児に対する安全性が確立していない為)

有・無

③ 刺青(TATOO)〈成分によっては火傷または変色の危険性があります。〉

有・無

④ 外傷などによる体内異物(弾丸、金属片等)

有・無

III: はずして(除去して)検査

① ニトロダーム(アルミ箔を使用した心臓の薬)〈火傷の危険性があります。〉

有・無

② 濃い化粧(特にラメが入ったもの)〈成分により火傷の可能性あります。〉

有・無

記入日 年 月 日

患者様署名

代理者署名

続柄

ご不明な点は当クリニックまでお問い合わせ下さい。

医療法人 充生会

野々村クリニック

TEL 052-831-6611

FAX 052-861-0705

# MRI検査（磁気共鳴画像診断）について

脳ドックを受診される方も必ずお読み下さい

## 1.MRI(磁気共鳴画像診断)検査とは

- ① X線を使わず、磁気と電波を使って体の断層写真を撮る検査です。
- ② 検査台に仰向きに横たわり、検査装置に入ります。  
痛みは無く、機械の大きな音が聞こえますが心配はありません。
- ③ 何種類か画像を撮るためにおよそ30分かかります。(検査によって多少時間が違います。)  
検査中は体を動かすことができません。

## 2.注意事項

### 検査前

- ① 強い磁石の中に入るため、体内に金属があると移動したり、熱を帯びたり、大変危険な場合があります。また、画像に影響する場合や検査ができない場合もありますので、別表の「MRI検査チェック票」をご記入下さい。
- ② 衣類や体についている金属製品や磁気製品などは、破損する危険がありますので、はずして頂きます。

メガネ、かつら、ヘアピン、ネックレス、イヤリング、ピアス、ブレスレット、指輪、補聴器、入れ歯、カギやホックの付いた下着、コンタクトレンズなど

- ③ 狭い場所が苦手な方、大きな音が気になる方、痛みなどで長い時間仰向きでじっとしていることが、できない方は申し出て下さい。
- ④ アイシャドウなど、「キラキラ」光る化粧品の中には、多量の酸化鉄を含んでいる事があり、この場合は発熱などの恐れがありますので落として頂きます。
- ⑤ 検査当日の食事はお摂り下さい。また服用中のお薬も通常通り服用して下さい。  
**\*腹部の検査をする方で、予約時間が午前の方は朝食を、  
午後の方は昼食を抜いて、絶食をお願いします。  
また、脳ドックで血液検査がある方や、同日に血液検査の予定のある方は、  
検査当日は絶食をお願いします。**
- ⑥ 予約時間に遅れますと、以降の検査受診者の方に迷惑がかかりますので、遅れないように、お願いします。(予約時間に遅れた場合は検査時刻を変更して実施させていただく場合があります。)

### 検査中

- ① 写真を撮っている間は、できる限り体を動かさないで下さい。
- ② 気分が悪くなった時など、困ったことがあれば、ブザーか声を出して下さい。テレビカメラと音声で検査の流れをみていますのでご心配はありません。

## 3.その他

ご相談やご質問など何でも結構ですから、お気軽におたずね下さい。